

河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)  
医用血管造影 X 线射线机采购项目

# 招 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2025-668



采 购 人：河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）

采购代理机构：中新创达咨询有限公司

日 期：二〇二五年六月

# 目 录

<b>第一章 招标公告</b> .....	<b>5</b>
<b>第二章 投标人须知</b> .....	<b>9</b>
一、投标人须知前附表 .....	9
二、投标人须知正文 .....	15
1. 总则 .....	15
2. 招标文件 .....	16
3. 投标文件 .....	17
4. 投标 .....	19
5. 开标 .....	19
6. 评标 .....	20
7. 合同授予 .....	21
8. 废标条件和招标方式变更 .....	21
9. 纪律和监督 .....	22
10. 其他 .....	23
<b>第三章 评标办法（综合评分法）</b> .....	<b>25</b>
1. 评标方法 .....	29
2. 评审标准 .....	29
3. 评标程序 .....	29
<b>第四章 合同条款及格式</b> .....	<b>31</b>
<b>第五章 采购清单及技术参数要求</b> .....	<b>37</b>
<b>第六章 投标文件格式</b> .....	<b>42</b>

## 重要提示

- 1、请各投标人务必仔细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的投标失误。
- 2、投标人如认为本招标文件含有标明特定的投标人、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标工作结束后向采购代理机构提出任何异议。
- 3、投标人投标文件制作机器码一致视为串通投标行为。

## 特别提示

### 1. 投标人注册

投标人应首先办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《CA 数字证书办理指南》）；方能完成市场主体信息库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）；市场主体信息库入库登记通过后，凭 CA 数字证书登陆市场主体系统，按网上提示报名并下载招标文件及资料（详见 <http://hnsggzyjy.henan.gov.cn> 公共服务-办事指南）。

### 2. 投标文件制作

2.1 投标人通过“河南省公共资源交易中心（[hnsggzyjy.henan.gov.cn](http://hnsggzyjy.henan.gov.cn)）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2 投标人凭 CA 密钥登陆市场主体并按网上提示自行下载项目所含格式（.hntf）的招标文件。

2.3 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（\*.hntf 格式），应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（[hnsggzyjy.henan.gov.cn](http://hnsggzyjy.henan.gov.cn)）”电子交易平台内上传；

2.4 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（[hnsggzyjy.henan.gov.cn](http://hnsggzyjy.henan.gov.cn)）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5 投标人在制作电子投标文件完成后须加盖电子签章或公章（包括企业电子签章或公章、个人电子签章或签名）。

2.6 本次招标采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅

（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等（详见 <http://hnsggzyjy.henan.gov.cn> 公共服务-

办事指南- -《河南省公共资源“智慧交易”平台-不见面开标大厅投标人操作手册 V1.0.doc》)。开标时投标人应登录河南省公共资源交易平台不见面服务系统,使用 CA 数字证书在规定时间内远程解密,未在规定时间内解密的投标文件将被拒绝。

2.7 投标人编制投标文件时,涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容,必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。未市场主体信息库中登记的上述内容,不作为评标依据。提供的具体内容及要求按招标文件相应评审因素提供。

投标人利用投标文件制作工具制作投标文件时,评审资料部分是从主体信息库相应菜单中已录入内容进行挑选,之后形成信息表,同时获取对应扫描件进行展示。

2.8 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内,严格按照本项目招标文件标文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在投标文件被拒绝的风险。开标一览表(投标函),须严格按照格式编辑,并作为电子开评标系统上传的依据。

2.9 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.10 投标人编辑电子投标文件时,根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作;最后一步生成电子投标文件(\*.hntf 格式和\*.nhntf 格式)时,只能用本单位的企业 CA 密钥。

2.11 未尽事宜请投标人仔细阅读河南省公共资源交易平台相关操作手册或说明。

### 3. 澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人,对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人,系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件,以此编制投标文件。投标人注册时所留联系方式要保持畅通,因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的,将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示,并不具有任何约束性和必要性,采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4. 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性,投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因投标人未及时查看而造成的后果自行承担。

# 第一章 招标公告

## 河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)医用血管造影 X 线射线机 采购项目-公开招标公告

### 项目概况

河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)医用血管造影 X 线射线机采购项目的潜在投标人应在《河南省公共资源交易中心网》(hnsggzyjy.henan.gov.cn)获取招标文件,并于 2025 年 07 月 17 日 9 时 00 分(北京时间)前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号: 豫财招标采购-2025-668
2. 项目名称: 河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)医用血管造影 X 线射线机采购项目
3. 采购方式: 公开招标
4. 预算金额: 4200000.00 元  
最高限价: 4200000.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	豫政采 (2)20250909-1	河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)医用血管造影 X 线射线机采购项目	4200000.00	4200000.00

5. 采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

#### 5.1 采购内容:

河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)采购医用血管造影 X 线射线机 1 台(包括但不限于设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等。具体要求详见招标文件第五章采购清单及技术参数要求)。

5.2 交货期: 合同签订后, 接到采购人送货书面通知后, 30 个日历天送达。

5.3 交货地点: 采购人指定地点。

5.4 质保期: 安装验收合格之日起, 36 个月(提供原厂整机质保证明)。

5.5 质量要求: 符合国家现行规范、合格要求并通过相关部门的验收。

6. 合同履行期限: 自合同生效至质保期结束。

7. 本项目是否接受联合体投标: 否。

8. 是否接受进口产品: 否。

9. 是否专门面向中小企业: 否。

### 二、申请人资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策满足的资格要求: 无;
3. 本项目的特定资格要求

3.1 投标产品若属于医疗器械，则须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院第 739 号）和国家药品监督管理局公告的《关于发布医疗器械分类目录的公告》相关规定，取得《医疗器械注册证》（或《医疗器械产品备案登记证》），若投标产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。

3.2 投标人为代理商应具有有效的《辐射安全许可证》（针对本项目的投标不能超过该许可证规定的范围）及所投产品生产企业有效的《医疗器械生产许可证》、《辐射安全许可证》（针对本项目的投标不能超过该许可证规定的范围）；符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）和国家药品监督管理局公告的《关于发布医疗器械分类目录的公告》相适应的经营资格（采购产品属于第二类医疗器械：具有有效的《医疗器械经营备案凭证》；采购产品属于第三类医疗器械：具有有效的《医疗器械经营许可证》。若投标产品属于第一类医疗器械或投标产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。

3.3 投标人为境内生产商应具有《辐射安全许可证》（针对本项目的投标不能超过该许可证规定的范围）、需符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的《医疗器械生产许可证》；投标产品属于第一类医疗器械：具有有效的《医疗器械生产备案凭证》）。若投标产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明；

3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：通过“信用中国”查询失信被执行人、重大税收违法失信主体、通过“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为记录名单】。

3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。提供投标企业在“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息（网页截图并加盖投标企业公章，投标企业若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 06 月 26 日至 2025 年 07 月 02 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：河南省公共资源交易中心网站（hnszgzyjy.henan.gov.cn）；

3. 方式：市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，凭 CA 密钥登陆河南省公共资源交易中心市场主体系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件，获取招标文件后，投标企业请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4. 售价：0 元

#### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 07 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件，逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

#### 五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 07 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（二）-2（经二路与纬四路向南 50 米路西）

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《中新创达咨询有限公司》上发布，招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 本项目采用“远程不见面”开标方式, 投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议及递交纸质投标文件, 无需到达现场提交原件资料; 投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前, 登录远程开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等; 远程开标大厅的网址为 (<https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>); 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

2. 本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品, 扶持不发达地区和少数民族地区, 促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等 (具体详见招标文件)。

#### 八、凡对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）

地址：郑州市东风路 6 号

联系人：李先生

联系电话：0371-53312426

##### 2. 采购代理机构信息

名称：中新创达咨询有限公司

地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地 95 号楼 5 楼

联系人：周涛

联系电话：0371-55682155 19059530257

### 3. 项目联系方式

联系人：周涛

联系电话：0371-55682155 19059530257

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	名 称：河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院） 地 址：郑州市东风路6号 联 系 人：李先生 联系电话：0371-53312426
1.1.3	采购代理机构	名 称：中新创达咨询有限公司 地 址：郑州市高新区迎春街企业总部基地95号楼5楼 联 系 人：周涛 联系电话：0371-55682155 1905953025
1.1.4	项目名称	河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)医用血管造影 X 线射线机采购项目
1.1.5	交货地点	采购人指定地点
1.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容 (招标范围)	河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)采购医用血管造影 X 线射线机 1 台（包含但不限于设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等。具体要求详见招标文件第五章采购清单及技术参数要求）。
1.3.2	交货期	合同签订后，接到采购人送货书面通知后，30 个日历天送达
1.3.3	质量要求	符合国家现行规范、合格要求并通过相关部门的验收。
1.3.4	质保期	安装验收合格之日起，36 个月（提供原厂整机质保证明）
1.4	投标人资格要求	<b>详见招标公告-二、申请人资格要求；</b>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分包	不允许
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间	获取招标文件或招标公告期限届满之日起七（7）个工作日内，在河南省公共资源交易平台上提出；

条款号	条款名称	编 列 内 容
2.2.2	投标截止时间 (开标时间)	2025 年 07 月 17 日 09 时 00 分 (北京时间)
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	一经发布即视为投标人已收到并确认, 请各投标人及时关注本项目通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发出的通知, 如有遗漏自行负责。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	一经发布即视为投标人已收到并确认, 请各投标人及时关注本项目通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发出的通知, 如有遗漏自行负责。
3.3.1	投标有效期	60 日历天 (自投标截止之日算起)
3.4.1	投标保证金	免收
3.5	是否允许递交备选 投标方案	不允许
3.7.3	签字和 (或) 盖章 要求	电子投标文件签章要求 1、电子投标文件 (1) 所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 印章。 (2) 所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的 CA 印章。 若有委托代理人, 且委托代理人没有 CA 锁, 则投标文件需上传有手写签名的扫描件。
3.7.4	投标文件份数	加密电子投标文件须在投标文件的上传/递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心 (hnsaggzyjy.henan.gov.cn)” 电子交易平台上传完毕。
4.2.2	递交投标文件方式 及地点	加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1.1	开标时间和地点	详见招标公告; 备注: 本项目采用“远程不见面”开标方式, 投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议及递交纸质投标文件, 无需到达现场提交原件资料; 投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前, 登录远程开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

条款号	条款名称	编 列 内 容
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中采购人代表 1 人，随机抽取有关专家 <u>4</u> 人。 评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否；推荐的中标候选人数量：3 人
7.3.1	履约保证金	履约保证金形式：银行保函、支票、汇票等方式。 履约保证金金额：合同总价的 5%。 履约保证金退还：根据中标合同约定，待中标人履行完合同约定权利义务事项后无质量问题一次性无息退还。 提交履约保证金时间：自中标通知书发出之日起十日内。
10	需要补充的其他内容	
10.1	<p><b>本项目设最高投标限价：4200000.00 元。</b></p> <p><b>投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。</b></p>	
10.2	<p><b>政府采购相关政策：</b></p> <p>A、为贯彻落实财政部、工信部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号），中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；</p> <p>B、关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业 10%（工程项目为 5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；适用招标投标法的政府采购工程建设项目，其中采用综合评估法的工程项目，评审时在原报价评分的基础上增加其价格得分的 5%作为其价格分。投标人需提供《中小企业声明函》，否则不予认可。</p> <p>C、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业参加本项目投标活动。</p> <p>根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业参加本项目投标活动。</p> <p>D、根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。</p> <p>E、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产</p>	

条款号	条款名称	编 列 内 容
		<p>品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。</p> <p>F、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。</p> <p>G、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。</p> <p>H、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。</p> <p>I、根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）的规定，鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。</p> <p>J、供应商（投标人）可通过“河南省政府采购合同融资平台”，选择意向银行实现政府采购合同融资，贯彻落实优化营商环境的决策部署，创新扶持企业发展。</p> <p>“政采贷”是以政府采购合同预期支付能力为信用,以政府回款为还款来源的信贷产品。政府采购成交供应商（投标人）可通过“河南省政府采购合同融资平台”，选择意向银行，凭成交通知书向银行申请授信，解决缓解中小企业融资难、融资贵的问题。</p> <p><b>备注：如有投标人符合上述政府采购政策的，不论投标文件格式中有无相应格式投标人均应在投标文件中提供相应材料。</b></p>
10.3		<p>投标报价为：目的地交货价，包括产品和原厂服务的价格、全部的辅助材料费用及相关费用等。相关费用（由中标人承担的费用）：包括税费、运输费、运保费、安装调试费、搬运费、培训费、按技术规格规定提供备件和专用工具、伴随服务费、售后服务和中标服务费等一切与之相关的费用。</p>
10.4		<p>付款方式：采购人验收合格并实际交付使用后，凭借中标人开具的发票及双方签署的《采购合同》向中标人支付全部货款。</p>
10.5		<p>参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第 31 条规定，采购项目中核心产品出现同一品牌产品参加投标情形的，应当按一家投标人计算。原则如下：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
10.6		<p>中标人的确定：采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人按序确定中标人。第一中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人</p>

条款号	条款名称	编 列 内 容
		或重新招标。
10.7		<p>1. 本项目采用不见面开标。投标人无需到省交易中心现场参加开标会议，评标委员会不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。</p> <p>2. 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，<b>必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取并制作到投标文件中，确保相关材料真实有效。</b></p> <p>3. 投标人在交易过程中，对招标文件、招标采购过程和评标结果有异议（质疑）、投诉的，均需登录系统提出。</p> <p>4. 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》（请各位投标人注意，系统中给各位投标人的解密时间为30分钟）。</p>
10.8		<p>否决投标条件：</p> <p>1、不符合评标办法中的形式评审、资格评审、响应性评审标准的相关要求。</p> <p>2、附有采购人不能接受的条件的。</p>
10.9		本项目所有澄清、补遗、补充通知均在发布招标公告同一网站上发布，请各投标单位注意在网站下载。
10.10		<p>解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：</p> <p>1. 有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>2. 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>3. 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>4. 同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；</p> <p>5. 按本款前述规定仍不能形成结论的，最终解释权归采购人。</p>
10.11		<p>代理服务费：采购代理服务费按照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和《国家发改委〈关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知〉》（发改价格〔2011〕534号）规定收费标准的60%收取。</p> <p>2、采购代理服务费的交纳方式：中标人在领取中标通知书时，按中标文件的要求一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。</p> <p>3、缴费账号：</p> <p>公司名称：中新创达咨询有限公司</p>

条款号	条款名称	编 列 内 容
		开户银行：广发银行股份有限公司郑州淮河路支行 账号：131012516010005483
10.12		为便于资料存档，中标人在领取中标通知书时，需提供投标文件纸质版 4 份，未加密的电子投标文件 1 份（包含*.hntf 格式、.PDF 格式）（U 盘介质），纸质版内容及未加密电子投标文件内容必须与河南省公共资源交易中心系统上传内容一致。
10.13		根据“工信部联企业[2011]300 号”文件的划型标准，本次招标的标的物所属行业为：工业（制造业）
10.14		其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

## 二、投标人须知正文

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目交货地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金落实情况

1.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 采购内容（招标范围）、交货期、质量要求和质保期

1.3.1 本次采购内容（招标范围）：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本项目的质保期：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

投标人资格要求：见投标人须知前附表。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理并对招标代理服务费用缴纳在投标文件中进行承诺，否则按否决投标处理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的, 采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会, 澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前, 以书面形式将提出的问题送达采购人, 以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后, 采购人在投标人须知前附表规定的时间内, 将对投标人所提问题的澄清, 以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

中标人不得分包。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

- (1) 招标公告;
- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 采购清单及技术参数要求;
- (6) 投标文件格式。

据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改, 构成招标文件的组成部分。

投标人应仔细阅读招标文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果投标人不按招标文件的要求提交投标文件和资料, 或者投标文件没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应, 将导致投标无效。

### 2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1 投标人下载招标文件后, 应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问, 应及时向采购人提出, 以便澄清。

2.2.2 采购人不集中组织答疑, 实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问, 需要采购人予以澄清, 应登录“河南省公共资源交易中心网”(网址 <http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>) 通过“会员登录”入口进入交易系统以不署名的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前提出。

2.2.3 采购人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问, 并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“河南省公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体向所有投标人公示, 但不指明来源。

2.2.4 招标文件发布后, 在投标人须知前附表规定时限的任何时候, 确需要变更招标文件内容的, 采购人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改, 招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案, 招标文件的修改在“河南省公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体发布。

2.2.5 对招标文件所作的澄清答疑、修改,投标人在投标截止时间前,应通过河南省公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过河南省公共资源交易中心网(网址 <http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>)“会员登录”入口进入交易系统随时查看有关该工程招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公示等内容。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载,因投标人原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果,其风险概由投标人自行承担。

2.2.6 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容:

- (一) 投标函
- (二) 开标一览表
- (三) 法定代表人身份证明
- (四) 授权委托书
- (五) 报价明细表
- (六) 耗材报价表
- (七) 货物规格、技术参数偏离表
- (八) 资格审查资料
- (九) 企业业绩信息
- (十) 技术部分
- (十一) 售后服务承诺书
- (十二) 关于资格的声明函
- (十三) 反商业贿赂承诺书
- (十四) 中小企业声明函(如是)
- (十五) 残疾人福利性单位声明函(如是)
- (十六) 监狱企业声明函(如是)
- (十七) 其他材料

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价:目的地交货价,包括产品和原厂服务的价格、全部的辅助材料费用及相关费用等。相关费用(由中标人承担的费用):包括税、运输费、运保费、安装调试费、搬运费、培训费、按技术规格规定提供备件和专用工具、伴随服务费、售后服务和中标服务费等一切与之相关的费用。

3.2.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)的规定,对于非专门面

向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标报价为准。

投标人应当在投标文件中提供《中小企业声明函》，否则不予认可。投标人提供小型、微型企业制造的货物时，视为提供小型和微型企业产品，此时产品制造商须提供中小企业声明函，否则不予认可。

按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)文件的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)文件的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2.3 投标人的投标报价应结合自身能力，现行标准、市场价格和招标最高限价自主进行报价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

本项目免收投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

见投标人须知前附表 1.4 款规定。

### 3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以在投标文件内容汇总中提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数：见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 未按本章 4.1.1 项要求加密的投标文件，采购人不予接受。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

投标人必须在投标截止时间前将加密的电子投标文件在“河南省公共资源交易中心(hnsggzyjy.henan.gov.cn)”电子交易平台在指定位置加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理。

4.2.2 投标人递交投标文件的方式及地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的补充、修改和撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议及递交纸质投标文件，无需到达现场提交原件资料；投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.1.2 投标人须在系统规定的解密时间内完成解密。（请各位投标人注意，系统中给各位投标人的解密时间为 30 分钟）。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 开标时间到之后首先公布在投标截止时间前递交投标文件的投标单位；
- (3) 宣布采购人、监督人等有关人员；

(4) 投标文件解密, 本项目采用“远程不见面”开标方式, 远程开标大厅网址为 <https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>, 投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前, 登录远程开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等(请各位投标人注意, 系统中给各位投标人的解密时间为 30 分钟)。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败, 投标将被拒绝。

(5) 采购人解密及批量导入。

(6) 本项目采用电子开标, 解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中, 进行电声唱标。同时进入 5 分钟质疑期倒计时(在质疑期内, 投标单位可以提出异议, 签章提交后推送至招标/采购代理机构页面)。

(7) 异议回复完成之后开标结束。

### 5.3 资格审查

5.3.1 开标结束后, 由采购人进行资格审查。资格审查条件详见投标人须知前附表 1.4-投标资格要求。

5.3.2 通过资格审查的投标人不足三家的, 按废标处理, 采购人应依法重新招标。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属;
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;
- (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的;
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。采购人不保证投标总报价最低者为中标候选人。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定最终中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人原则上按中标候选人排名顺序确定最后中标人。

### 7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时中标结果将在招标公告发布的同一媒体上进行公告。

### 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表的规定向采购人提交履约保证金（若有）。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 15 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 废标条件和重新招标

### 8.1 废标条件

在招标采购中，出现下列情形之一的，将予以废标：

- （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件制作机器码一致。
- （六）不同投标人的投标文件相互混装；
- （七）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 8.2 重新招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

- (一) 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- (二) 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- (三) 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- (四) 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；
- (五) 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- (六) 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标投标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标文件制作机器码一致。

9.2.3 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：

- (1) 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

9.2.4 有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的信用状况；

(4) 提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效；

(5) 其他弄虚作假的行为。

9.2.5 投标人提供虚假材料谋取中标的，中标无效。并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 质疑的提出与接收

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人和其委托的采购代理机构提出质疑。

质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(可从财政部官方网站下载)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函的内容及形式应符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条的规定。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

### 9.6 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

## 10. 其他

其他须知内容见投标人须知前附表。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

## 第三章 评标办法（综合评分法）

### 资格评审标准

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	营业执照	具备有效的营业执照或者其他同等效力的证明文件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	投标人无需提供相关财务状况、社保资金等证明资料，仅须如实提供书面承诺符合资格条件且无纳税、社保、重大违法等方面失信记录以及具备履行合同所必须的设备和能力的声明函（《资格承诺声明函》详见招标文件。
	产品注册证或备案登记证	符合第二章 投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求
	代理商或生产商资格	符合第二章 投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求
	信誉要求	符合第二章 投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求
	控股、管理关系	符合第二章 投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求

备注：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据本章第 2.1.1 项规定依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格评审未通过的投标将被拒绝，不得进入评审环节。资格评审通过的投标文件将交给评标委员会进行评审。通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

## 符合性评审标准

条款号		评审因素		评审标准
2.1.2	符合性 评审 标准	投标人名称		与营业执照或者其他同等效力的证明文件一致
		签字和（或）盖章 要求		按评标办法和投标文件格式的要求加盖法定代表人和（或） 投标人的电子签章；
		投标文件格式		符合第六章“投标文件格式”要求
		投标报价		只能有一个有效报价且不超过最高限价
		标书雷同性分析		投标（响应）文件制作机器码不能一致
		投标范围		符合第二章“投标人须知”1.3.1项规定
		交货期		符合第二章“投标人须知”1.3.2项规定
		交货地点		符合第二章“投标人须知”1.1.5项规定
		质量要求		符合第二章“投标人须知”1.3.3项规定
		质保期		符合第二章“投标人须知”1.3.4项规定
		投标有效期		符合第二章“投标人须知”3.3.1项规定
		其他规定		不存在违反招标文件或相关法律法规的其他情形
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)		投标报价：30 分 技术部分：62 分 商务部分：8 分
2.2.2		评标基准价		价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投 标价格最低的投标报价为评标基准价。
条款 号	评分项	评分内容	得分	评分细则
2.2.3 (1)	投标 报价 (30分)	投标报价	30分	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投 标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：            投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30</p> <p>注：            1. 对于小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同 小微企业）产品的具体评标价格扣除，均按财库[2020]46 号、 财库（2022）19 号文件中最低比例 10%扣除。对于中型企业 产品的价格不予扣除。投标人需提供中小企业声明函，否则 不予认可。</p>

条款号		评审因素		评审标准
				<p>2. 投标人须提供中小企业声明函并对声明内容真实性承担全部责任。中标价和合同签约价以投标报价为准。</p> <p>3. 小型和微型企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p>
2.2.3 (2)	技术部分 (62分)	设备配置及技术指标	40分	<p>评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件要求的技术指标的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求；</p> <p>技术参数及功能要求完全满足招标文件要求的得40分；带★号的技术参数及功能要求为关键技术指标，每有一项不满足的扣1分；非★号的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣0.25分，扣完为止。</p> <p><b>注：无证明材料或证明材料无法证明其技术参数响应招标文件视为负偏离。技术证明材料应是检验报告、技术白皮书、彩页或者评标委员会认可的其他客观证据材料，若技术证明材料为英文资料，应在参数对应位置加标下划线，并备注中文注释。</b></p>
		供货方案	5分	<p>供货方案内容编制：</p> <p>1. 有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，得5分。</p> <p>2. 有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得3分。</p> <p>3. 有较详细的供货方案，但实施计划和的工作流程一般，得1分。</p> <p>4. 缺项得0分。</p>
		安装和调试方案	4分	<p>安装和调试方案内容编制：</p> <p>1. 设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述完善、详细，优于采购需求的，得4分。</p> <p>2. 设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述较完善、详细，满足采购需求的，得2分。</p> <p>3. 设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述基本完善、详细，基本满足采购需求的，得1分。</p> <p>4. 缺项得0分。</p>
		培训方案	4分	<p>投标人提供有完整的培训计划，包括培训的内容范围、培训方式、培训人员数量、培训时间地点安排等：</p> <p>(1) 培训计划，培训方案详尽，培训计划明确，制定明确的培训流程，前期进行培训需求分析，拟定培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员的，得4分；</p> <p>(2) 培训计划，培训方案比较详尽，培训计划明确，制定明确的培训流程，前期进行培训需求分析，拟定培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员，计划基本可行的，得2分；</p> <p>(3) 培训计划，培训方案不详尽，培训计划不明确，未制定培训流程、培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员</p>

条款号		评审因素		评审标准
				不足的，得 1 分； (4) 缺项不得分。
		备品备件保障措施	4 分	根据投标人提供的备品备件保障措施进行评审。 (1) 备品备件保障措施考虑周全、高效、可行性强，完全满足项目要求的，得 4 分； (2) 备品备件保障措施考虑相对周全、较高效、基本可行，基本满足项目要求的，得 2 分 (3) 缺乏针对性和可靠、有效的技术组织措施的，基本能够满足项目要求的，得 1 分； (4) 缺项不得分。
		售后服务方案	5 分	以采购需求售后服务基本要求为参考进行评审打分。 (1) 售后服务计划(包括服务内容、服务团队、巡检服务和故障响应时间、解决问题时间、保障措施等)全面、详尽、符合项目特点，完全满足项目要求的，得 5 分； (2) 较全面、较详尽或者保障措施欠充分、欠可靠、欠有效的，得 3 分； (3) 一般满足项目要求的，得 1 分。 (4) 缺项不得分。
2.2.3 (3)	综合部分 (8分)	业绩	3 分	提供 2022 年 1 月 1 日以来与投标设备同品牌同型号的供货业绩(投标设备生产厂商业绩或其任意代理商业绩均可)，每提供一份完全符合要求的业绩材料得 0.5 分，最高得 3 分。 注：以合同签订日期为准，评标时每一份业绩需同时提供合同、中标通知书，不提供或提供不全者不得分。
		其他优惠承诺	5 分	在满足采购文件基本要求的基础上提供的实质性优惠承诺。 (1) 优惠承诺多，全面合理、针对性强、实用性强，利于采购人使用，得 5 分； (2) 优惠承诺较合理，针对性较强、实用性较强，得 3 分； (3) 优惠承诺基本合理、针对性一般、实用性一般，得 1 分。 (4) 缺项不得分。

# 1. 评标方法

本次评标采用**综合评分法**。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等的情况下，则以投标报价低的优先。投标报价也相等的，优先采购技术部分得分高的。技术部分得分也相同时，优先采购节能环保产品合计金额占自身投标报价比例大的投标人。当比例也相同时，由采购人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价：见评标办法前附表。

2.2.3 评标标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 资格评审：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据本章第 2.1.1 项规定依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格评审未通过的投标将被拒绝，不得进入评审环节。资格评审通过的投标文件将交给评标委员会进行评审。通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

3.1.2 符合性审查：评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。有一项不符合评审内容所列条件的，作无效标处理。

### 3.2 详细评审

评标委员会依法根据招标文件中的评标原则、评标方法、评标标准和评分细则对所有通过资格评审和符合性评审的投标文件进行综合评分。

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.3 (1) 目规定的评审因素和分值计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.3 (2) 目规定的评审因素和分值计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.3 (3) 目规定的评审因素和分值计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分 =A+B+C。

3.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提出书面说明,必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效标处理。

3.2.5 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作无效标处理,投标保证金将不予退还。

(1) 投标文件中开标一览表(投标函附表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(投标函附表)为准;

(2) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,如果单价有明显的小数点位置差错,应以标出的合价为准,同时对单价予以修正;

(4) 当各细目的合价累计不等于总价时,应以各细目合价累计数为准,修正总价。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人在规定时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向采购人提交书面评标报告。

## 第四章 合同条款及格式

河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）设备购置合同

合同编号：

### 合同书

甲 方： 河南省中医院  
（河南中医药大学第二附属医院）

乙 方：

地 址： 郑州市东风路 6 号

地 址：

电 话： 0371-60908830

电 话：

邮 编： 450002

邮 编：

甲方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日对\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）进行公开招标，经过评审，确定乙方为本项目的中标单位。甲乙双方根据采购文件和中标单位投标文件的内容履行各自的权利和义务，达成以下条款：

#### 一、货物清单

甲方向乙方订购以下产品：

产品名称	品牌	规格型号	产地	数量	单价(元)	金额(元)

总金额（含税价）：人民币¥ \_\_\_\_\_元 大写：\_\_\_\_\_元整

#### 备注说明：

- 乙方向甲方提供由制造商（\_\_\_\_\_公司）出具的加盖制造商公章的设备技术参数真实性的确认函。
- 乙方向甲方提供由制造商（\_\_\_\_\_公司）出具的加盖制造商公章的设备整机质保\_\_\_\_\_年的确认函或原厂保修承诺书。
- 乙方向甲方提供制造商（\_\_\_\_\_公司）出具的加盖制造商公章的设备完整且标准规范的《产品技术标准（白皮书）》和完整的注册检测（检验）报告。

配置清单见附件，乙方保证按照上述配置向甲方提供原装、全新的设备。合同附件和采购文件、投标文件均为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

**总金额包含设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务、税费等。**

二、**交货方式：**本合同经双方签章生效后，接采购人供货通知\_\_\_\_日历天内，乙方将货运到甲方指定地点并安装调试完毕并向甲方提出验收申请。

### 三、付款方式

1、自中标通知书发出之日起 10 日内，乙方以银行保函、支票、汇票等方式向甲方支付合同总额的\_\_%作为履约保证金，甲方验收合格并实际交付使用后，凭借乙方开具的发票及双方签署的《采购合同》向乙方支付全部货款。

2、如乙方违约，甲方有权在履约保证金中扣除相应违约金，乙方应在 3 日内补足履约保证金。

3、履约保证金在质保期满后，如双方对合同履行无争议，甲方向乙方无息退还。

### 四、验收方式

1、双方技术人员按共同时间和方法（程序）对设备进行验收。验收结果以甲方向乙方最终出具的书面验收凭证内容为准。

2、**对设备验收存在异议时，特别是原装进口，请政府商检部门参与验收。**

3、验收不合格的设备，乙方无条件更换，并承担违约责任，赔偿由此造成的甲方的一切损失。

### 五、售后服务

1、设备的质保期自安装验收合格之日起原厂整机质保\_\_个月（含零配件），终身维护，质保时间按甲方验收合格之日起计算；设备一年开机率保持在 95%（含）以上。设备质保期内，设备维修占用日期每增加一天按质保时间往后顺延七天。

2、厂家或授权方应按约定提供维修服务，如不能及时提供服务，乙方承担由第三方向甲方提供维修服务产生的相关费用，且向甲方一次性支付合同总价的 10%作为赔付，保修内容在约定的质保期内仍然有效。

3、维修备件送达期限：国内不超过 7 天，国外不超过 14 天，每延迟一天乙方应向甲方一次性支付合同总价的 0.5%作为赔付（运输、海关清关、全球供应链采购等不可控因素除外）。

4、必须为甲方提供原厂全新备件及保养耗材，保障整机性能完好，一旦发现更换的非原厂全新零备件，除需更换为原厂全新零备件，乙方应向甲方一次性支付合同总价的 10%作为赔付，并需继续履行质保义务。

### 六、违约责任

1、除如因战争、严重水灾、台风、地震等不可抗力事件及政府政策的重大变动等政府行为和其它甲乙双方认可的其他事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2、乙方逾期交货或因自身原因逾期通过验收的，每逾期 1 日，应按合同价的0.1%向甲方支付违约金，并承担甲方因此所遭受的损失。违约金的数额累计达到合同总价的10%，双方应优先协商解决，未能达成一致，甲方有权单方面解除本合同。解除合同不影响乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

3、若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合采购、投标文件规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。

4、因货物质量问题，经乙方三次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物，乙方应支付合同价款的 20% 的违约金。

5、质保期内，若  $90\% \leq$  设备开机率  $< 95\%$ ，则质保期按 1:3 延长；若  $80\% \leq$  设备开机率  $< 90\%$ ，则质保期按 1:5 延长；若设备开机率  $< 80\%$ ，乙方应予以无条件退货、退款并承担相应费用。

6、质保期内，若乙方实际的维修响应（到达现场）时间或其他服务标准不满足本合同要求的，每次应支付合同价款的 0.1% 违约金，甲方有权另聘第三方对设备提供技术维修服务，由此产生的维修费用由乙方承担。

7、甲方逾期支付合同款的，按照合同签订时一年期贷款市场报价利率承担逾期付款违约金。

8、因乙方变更账户信息或其他原因导致甲方付款失败的，甲方不承担逾期付款违约金。

## 七、技术服务

1、设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员及维修人员进行现场培训，保证甲方人员熟练掌握仪器的使用，常规保养和维护。

2、乙方向甲方提供设备详细技术、维修资料，以及进入维修诊断程序口令。

3、其他技术服务内容和培训方案以采购文件及乙方响应文件承诺为准。

## 八、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、著作权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，责任与甲方和使用单位无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的所有责任与一切费用（包括经济补偿和赔偿款、行政处罚、诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、律师费）。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

## 九、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，双方代表签字并加盖公章后生效。

十一、合同未尽事宜，双方可签订补充协议及附件，本项目采购文件、投标文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

## 十二、其它

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

2、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方授权\_\_\_\_\_作为代理人,有权代表乙方就合同履行发表意见、作出决定，乙方对代理人的行为予以认可，代理人电话\_\_\_\_\_。代理人须在约定时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反本合同第十二大项内容，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

8、本合同中第十二大项内容作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲 方： 河南省中医院

乙 方：

(河南中医药大学第二附属医院)

开户行：中国工商银行郑州东风路支行

开户行：

账号：1702221709024911486

账号：

法定代表人：

法定代表人：

授权代理人：

授权代理人：

日 期：

日 期：

## 附件 1

## 配置清单

序号	物品名称	品牌	规格型号	产地	数量	单位	备注
1							

备注：此配置清单按单台配置填写。

附件 2 售后服务承诺

附件 3 中标通知书

## 第五章 采购清单及技术参数要求

### 一、采购清单

序号	设备名称	数量	是否接受进口产品
1	医用血管造影 X 射线机	1 台	否

### 二、基本要求

1. 提供技术参数真实性承诺函。（承诺函格式自拟）
2. 为保证技术的先进性，投标人所投机型应为 2020 年 1 月 1 日以后推出的最新机型。（以注册证时间为准）。（承诺函格式自拟）
3. 配备该机型软件，且为最新版本，并具有升级能力。（承诺函格式自拟）
4. 交货时提供近半年内生产的机器（提供承诺书格式自拟）

### 三、主要参数与技术要求

1、机架系统（C 型臂）
1.1 落地式全自动单向 C 型臂 1.2 机架系统机械轴 $\geq 3$ 轴 1.3 机架系统所有轴全部为电动而非手动 1.4 不需要移动床面，机架可从床的头侧直接旋转到导管床的左侧或右侧进行透视和采集 1.5 C 臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心。 1.6 C 型臂能从多方切入无显示死角 1.7 L 臂旋转范围 $\geq 180^\circ$ 1.8 平板及球管具有碰撞保护功能 1.9 可由用户设置并存储机架位置： $\geq 50$ 种，能实施自动复位功能
2 导管床系统
2.1 落地式导管床，床面为碳纤维合成 2.2 承重： $\geq 250\text{KG}$ 2.3 床长（不含延长板） $\geq 290\text{cm}$ 2.4 床宽 $\geq 45\text{cm}$ 2.5 纵向移动 $\geq 120\text{cm}$ 2.6 横向移动 $\geq 28\text{cm}$ 2.7 水平旋转 $\geq 270$ 度 2.8 垂直移动范围 $\geq 28\text{cm}$ 2.9 床面最低高度 $\leq 82\text{cm}$ 2.10 床面最高高度 $\geq 105\text{cm}$ 2.11 导管床面移动有电动模式和手动模式

3 X 线发生器系统
<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 高频逆变高压发生器，功率<math>\geq 100\text{KW}</math></li> <li>3.2 最大管电流<math>\geq 1000\text{mA}</math></li> <li>3.3 管电压范围覆盖 50-125kV</li> <li>3.4 最短曝光时间<math>\leq 1\text{ms}</math></li> <li>3.5 全自动智能曝光控制</li> </ul>
4 球管系统
<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 高速旋转阳极球管，阳极转速<math>\geq 7500</math> 转/分</li> <li>4.2 球管内置栅控技术，非高压发生器控制</li> <li>4.3 30 分钟以上连续透视功率<math>\geq 3000\text{W}</math></li> <li>4.4 10 分钟最大透视功率 <math>\geq 4300\text{W}</math></li> <li>4.5 最大管电流<math>\geq 1000\text{mA}</math></li> <li>4.6 球管阳极热容量<math>\geq 3.5\text{MHU}</math></li> <li>★4.7 球管阳极散热功率<math>\geq 6300\text{W}</math></li> <li>4.8 管套热容量<math>\geq 6.5\text{MHu}</math></li> <li>★4.9 球管焦点<math>\geq 3</math> 个，带有焦点自动切换功能</li> <li>4.10 最大焦点<math>\leq 1.0</math></li> <li>4.11 最小焦点<math>\leq 0.5</math></li> <li>4.12 最大焦点功率<math>\geq 95\text{kW}</math></li> <li>4.13 中焦点功率<math>\geq 45\text{kW}</math></li> <li>4.14 最小焦点功率<math>\geq 19\text{kW}</math></li> </ul>
5 数字化平板探测器
<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 采用非晶硅数字化平板探测技术</li> <li>5.2 平板有效探测探测面积<math>\geq 30\text{x}30\text{cm}</math></li> <li>5.3 平板像素大小要求<math>\leq 200</math> 微米</li> <li>5.4 平板像素矩阵<math>\geq 1530\text{x}1530</math></li> <li>★5.5 平板探测器采集模式 DQE<math>\geq 74\%</math></li> </ul>
6 透视与采集
<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 数字脉冲透视</li> <li>6.2 最大脉冲透视频率<math>\geq 30</math> 帧/秒</li> <li>6.3 可进行减影透视和非减影透视</li> <li>6.4 在透视过程中，不间断透视，就可以进行减影透视背景的百分比调整</li> <li>6.5 透视路图功能</li> <li>6.6 透视末帧图像保持</li> <li>6.7 在无 X-Ray 射线条件下，可进行视野大小的调整</li> <li>6.8 透视图像存储图像数量<math>\geq 450</math> 幅</li> <li>6.9 透视图像存储时间<math>\geq 60</math> 秒</li> <li>6.10 双向透视图像存储，在透视采集结束前和透视采集结束后都可以进行</li> <li>6.11 具有实时 DA 采集和实时 DSA 采集功能</li> <li>6.12 采集矩阵：<math>\geq 1024\text{x}1024</math>，14bit</li> <li>6.13 采集模式，最大脉冲<math>\geq 30</math> 帧/秒</li> <li>6.15 透视模式，最高<math>\geq 30</math> 帧/秒</li> <li>6.17 具有透视存储序列和采集序列回放功能</li> </ul>

	<p>★6.18 提供下肢血管跟踪造影功能</p> <p>6.19 下肢血管造影实时减影，追踪造影速度可控</p> <p>6.20 下肢血管造影采集完成后，不需要人工手动拼接全下肢图像，工作站上自动形成自动拼接的无缝的全下肢图像</p> <p>6.21 具有三维采集模式</p> <p>6.22 在所有视野下均可以进行三维采集</p> <p>6.23 三维采集后，图像自动传输至工作站，无需人工干预</p> <p>6.24 提供 VR 重建，MIP 重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能</p> <p>6.25 提供断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏联动显示功能，并且可以随时切换窗口</p> <p>6.26 提供血管机 3D 功能</p> <p>6.27 对一组采集数据的蒙片图像、造影图像及减影图像可同时进行三组三维数据重建</p> <p>6.28 一次 3D 采集快速三维重建，同时获得血管、骨骼、弹簧圈/支架植入物、软组织断面、仿真内窥镜等多种三维容积图像</p> <p>6.29 多容积三维同步追踪技术锁定病灶部位，多屏联动同步显示血管外部、腔内和断面的病灶大小、位置、形态及供血路径</p> <p>★6.30 可将不同血管、骨骼、植入物等进行精确融合显示，<math>\geq 3</math> 种容积以上</p> <p>★6.31 提供数字平板血管机高清类 CT 扫描和重建协议，且数据最大采集帧幅<math>\geq 540</math> 帧</p> <p>6.32 至少 4 种 FOV 可选择</p> <p>6.33 能提供 C 臂 CT 的软组织图像，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建</p> <p>6.34 最快采集速率<math>\geq 50</math> 帧/秒</p> <p>6.35 提供床旁一键控制的冠状动脉支架精显功能</p>
7	低剂量技术
	<p>7.1 提供 X 射线球管内栅控技术以降低剂量</p> <p>7.2 采用滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预</p> <p>7.3 提供防散射线栅格技术</p> <p>7.4 可以提供低剂量的透视协议，床旁一键可实现剂量减半</p> <p>7.5 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值</p>
8	主机系统工作站
	<p>8.1 病人登录及检索功能</p> <p>8.2 主机图像处理功能</p> <p>8.3 主机能够自动和手动对图像进行定标</p> <p>8.4 主机硬盘图像存储 1024x1024 矩阵，容量<math>\geq 60000</math> 幅</p> <p>8.5 主机系统显示器为彩色医用显示器，用于显示主机系统资料，<math>\geq 19</math> 英寸</p>
9	监视器吊架及医疗专用图像监视器
	<p>9.1 操作间四架位监视器吊架</p> <p>9.2 控制室两个 19 英寸医用显示器（分辨率<math>\geq 1024 \times 1280</math>，可视角度<math>\geq 170^\circ</math>）显示实时图像</p> <p>9.3 操作室两个 19 英寸医用显示器（分辨率<math>\geq 1024 \times 1280</math>，可视角度<math>\geq 170^\circ</math>）分别显示实时图像和参考图像</p>
10	原厂后处理工作站
	<p>★10.1 工作站为原厂生产</p> <p>10.2 工作站可浏览和处理 CT、MR 及 PET 的图像</p>

10.3	可进行图像二维处理：包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换，血管的测量，心室功能分析，支架精显图像处理，下肢全景追踪无缝自动拼接等
10.4	可进行图像三维处理：包括 3D/SUB3D 快速重建，提供 VR 重建，MIP 重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能等，提供多屏联动，支持多容积三维影像融合等
10.5	提供血管狭窄分析软件包，可对血管段进行二维测量及狭窄功能分析
10.6	提供心室功能分析、心室射血分数分析、具备中心线法室壁运动分析功能
10.7	DVD/CD 刻录图像存储：配备全兼容性的 CD 刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM 格式，MPEG、AVI），所刻光盘可在普通 PC 机上回放
10.8	USB 图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM 格式，MPEG、AVI）
10.9	工作站胶片打印功能
10.10	工作站端口开放，可与其他支持标准 DICOM3.0 的影像设备和 PACS 相连
10.11	工作站内存 $\geq 32\text{GB}$
10.12	工作站硬盘 $\geq 1\text{T}$
10.13	工作站 CPU 为 Intel Xeon CPU
10.14	工作站 CPU 为六核心
10.15	工作站 CPU 主频 $\geq 3.0\text{GHz}$
10.16	工作站彩色医用液晶显示器 2 台， $\geq 19$ 英寸
10.17	提供标准 DICOM3.0 接口
11	其它
11.1	提供对讲系统
11.2	提供悬吊式手术灯
11.3	提供床旁输液架
11.4	提供臂托一个
12	射线防护
12.1	设备符合国际放射线安全标准，符合国际射线散射量标准
12.2	具有床旁剂量控制 $\geq 2$ 挡
12.3	床旁射线防护帘
12.4	悬吊式射线防护屏
12.5	具备控制台剂量调节功能

## 四、设备配置清单

(一) 硬件配置清单：	
1、智控血管造影系统 1 套	
1.1 核心系统 1 套	
1.1.1	等中心机架 1 套
1.1.2	高压发生器 1 套
1.1.3	三焦点球管 1 套
1.1.4	限束器 1 套
1.1.5	剂量监控系统和虚拟限束器 1 套
1.1.6	自动电子束光器 1 套
1.1.7	图像显示风格定制 1 套
1.1.8	数字化主机系统 1 套

<ul style="list-style-type: none"><li>1.1.9 图像采集软件包 1 套</li><li>1.1.10 DICOM 网络组件 1 套</li><li>1.1.11 基础应用软件包 1 套</li><li>1.1.12 检查床平移装置 1 套</li><li>1.1.13 3KVA 不间断电源 1 套</li><li>1.1.14 电源分配单元 1 套</li><li>1.2 检查床 1 套</li><li>1.3 数字平板探测器 1 套</li><li>1.4 触控面板 1 套</li><li>1.5 红外发射和接收装置 1 套</li><li>1.6 输液架及固定杆 1 套</li><li>1.7 I-Box 装配组件 1 套</li><li>1.8 运动控制面板 1 套</li><li>1.9 触控面板线缆组 1 套</li><li>1.10 主系统控制线缆 1 套</li><li>1.11 检查床床垫外罩 1 个</li><li>1.12 手臂支撑板 1 个</li><li>1.13 快速束缚带 1 个</li><li>1.14 预安装组件 1 套</li><li>1.15 有线脚闸 1 套</li><li>1.16 触控面板固件 1 套</li><li>1.17 四监视器吊架 1 套</li><li>1.18 医用显示器 4 个</li><li>1.19 DVI 扩展单一接口 1 套</li><li>1.20 标准位置防碰撞包 1 套</li><li>2 原厂三维工作站 1 套</li><li>2.1 工作站彩色液晶显示器 2 台</li><li>2.2 中文键盘 1 套</li><li>2.3 附属配件<ul style="list-style-type: none"><li>2.3.1 臂托 1 个</li><li>2.3.2 臂托垫子 1 个</li><li>2.3.3 安装用推车 1 套</li><li>2.3.4 高保真对讲系统 1 套</li><li>2.3.5 悬吊铅屏风 1 套</li><li>2.3.6 LED 手术灯 1 套</li><li>2.3.7 床旁铅帘 1 套</li><li>2.3.8 操作台桌椅 1 套</li></ul></li></ul>
(二) 软件配置清单
<ul style="list-style-type: none"><li>1 冠脉支架精显功能</li><li>2 混合路径图功能</li><li>3 定量分析包</li><li>4 一键 QA 测量功能</li><li>5 主机左室分析功能</li><li>6 血管狭窄测量分析功能</li></ul>

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>7 全景下肢血管跟踪造影功能</li><li>8 高清类 CT 功能</li><li>9 减影三维功能</li><li>10 有创动脉压监测、心电监测功能。</li></ol> |
|--|

## 五、售后服务要求

1. 培训：提供≥5 天现场操作及诊断培训（含 AI 工具使用）。
2. 软件升级：终身免费提供基础功能升级（不包含新增模块）。
3. 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，提供承诺书。
4. 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。
5. 卖方须向买方提供操作手册一套。
6. 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。
7. 交货地点：采购人指定地点。
8. 在货物到达使用单位后，卖方应在 2 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。
9. 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。
10. 在中国境内有相应的零配件库和维修机构。
11. 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。
12. 维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如 2 小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院，不管是否节假日。

## 六、实施方案要求

1. 供货要求：合同签订后，接到甲方送货书面通知后，30 个日历天送达。提供保证质量、进度等实施计划和明确的工作流程。
2. 安装和调试要求：在货物到达使用单位后，卖方应在 2 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。提供安装调试、试运行测试、运行维护等内容方案。
- 3 培训要求：提供有完整的培训计划，包括培训的内容范围、培训方式、培训人员数量、培训时间地点安排等：
  - 1) 提供≥5 天现场操作及诊断培训（含 AI 工具使用）。
  - 2) 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

4. 备品备件保障措施：为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，在中国境内有相应的零配件库和维修机构，提供备品备件保障措施。

5. 售后服务：维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如 2 小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院，不管是否节假日。提供服务内容、服务团队、巡检服务和故障响应时间、解决问题时间、保障措施等措施。

## 第六章 投标文件格式

\_\_\_\_\_（项目名称）

# 投 标 文 件

项目编号：

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、报价明细表
- 六、耗材报价表
- 七、货物规格、技术参数偏离表
- 八、资格审查资料
- 十、企业业绩信息
- 十、技术部分
- 十一、售后服务承诺书
- 十二、关于资格的声明函
- 十三、反商业贿赂承诺书
- 十四、中小微企业声明函（如是）
- 十五、残疾人福利性单位声明函（如是）
- 十六、监狱企业声明函（如是）
- 十七、其他材料

## 一、投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_

我们收到了招标编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）\_\_\_\_\_人民币（RMB¥：\_\_\_\_\_元），项目交货期为\_\_\_\_\_。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

单位地址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、开标一览表

项目名称	
投标人名称	
投标范围	
投标总报价（元）	大写： _____ 小写： _____
交货期	
质量要求	
质保期	
交货地点	
项目负责人 及联系方式	
投标有效期	_____日历天（自投标截止之日算起）
其他声明	

投 标 人： \_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（电子签章）

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、法定代表人身份证明

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

附：法定代表人身份证

特此证明。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权委托书代理人身份证

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

授权委托人联系方式（手机号）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 六、耗材报价表

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
.....									
合计金额		大写： _____ 小写： ¥ _____							

备注：请根据投标产品实际情况填写，如该项空格内容不存在，可以填写：无。

投 标 人： \_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人： \_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、货物规格、技术参数偏离表

序号	货物名称	招标技术参数	投标品牌和型号	投标技术参数	偏离说明	有无技术证明文件及所在页

(注：需对比偏离情况)

投 标 人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1. 此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

2. 货物序号、名称的顺序应与招标文件第五章“采购清单及技术参数要求”的序号、设备顺序一致。

3. “有无技术证明文件”项填写“有”或“无”。

4. 本项目所涉及的技术参数，如有证明文件，投标人可提供相应的证明文件附后。

## 八、资格审查资料

### (一) 投标人基本情况表

投标人名称			
注册资金		成立时间	
注册地址			
邮政编码		员工总数	
联系方式	联系人		电话
	网址		传真
法定代表人		电话	
基本账户开户银行			
基本账户银行账号			
近三年营业额			
投标设备制造商名称			
备注			

注：企业资格审查资料（详见第二章投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求）

**附件：资格承诺声明函****资格承诺声明函**

致：\_\_\_\_\_（本项目采购单位）：

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为\_\_\_\_\_，注册地为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，联系方式为\_\_\_\_\_。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章)：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：    年    月    日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表人的签字或盖章应真实、有效。

## 九、企业业绩信息

企业业绩信息				
序号	项目名称	使用单位	合同签订时间	合同金额
.....				

注：1、以上业绩需提供有关证明材料扫描件，以合同签订时间为准。证明材料中需显示出业主单位名称、货物名称，投标人名称等关键性文字。

2、表格不够投标人可按以上表格形式进行扩充复制。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十、技术部分

(投标人需根据评标办法-技术部分及自身情况编制本章节。)

## 十一、售后服务承诺书

1. 培训：提供 $\geq 5$ 天现场操作及诊断培训（含 AI 工具使用）。
2. 软件升级：终身免费提供基础功能升级（不包含新增模块）。
3. 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期，提供承诺书。
4. 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。
5. 卖方须向买方提供操作手册一套。
6. 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。
7. 交货地点：采购人指定地点。
8. 在货物到达使用单位后，卖方应在 2 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。
9. 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。
10. 在中国境内有相应的零配件库和维修机构。
11. 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。
12. 维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如 2 小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院，不管是否节假日。

**注：投标人自行承诺。（格式自拟）**

## 十二、关于资格的声明函

致：\_\_\_\_\_

关于贵方编号：\_\_\_\_\_号招标公告，我单位愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并声明提交的文件是准确的和真实的。

- 1、营业执照。
- 2、法定代表人授权书原件。
- 3、法定代表人、委托代理人身份证扫描件。
- 4、招标项目要求的其他证件扫描件。
- 5、我单位确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

单位地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 十三、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十四、中小企业声明函

(属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

### 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

**说明:**

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人严格按照要求如实填写此函，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法规规定追究相应责任。

3、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：1、该声明函是有针对性的，属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容，但保留该声明函的格式在投标文件中并按要求盖章。

## 十六、监狱企业声明函

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（社区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。本单位郑重声明，我单位（单位名称）为监狱企业。

我单位在本声明函后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件，否则本声明函无效。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担法律责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：1、该声明函是有针对性的，属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但保留该声明函的格式在投标文件中并按要求盖章。

## 十七、其他材料

投标人认为需要提供的其他材料

包括但不限于以下内容：

1. 提供技术参数真实性承诺函。（承诺函格式自拟）
2. 为保证技术的先进性，投标人所投机型应为 2020 年 1 月 1 日以后推出的最新机型。（以注册证时间为准）。（承诺函格式自拟）
3. 配备该机型软件，且为最新版本，并具有升级能力。（承诺函格式自拟）
4. 交货时提供近半年内生产的机器（提供承诺书格式自拟）