

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	王福安	职称或专业	教授/医生
工作单位	平顶山学院医学部		
采购单位名称	叶县中医院		
项目名称	叶县中医院 GE64 排 CT 球管采购项目		
供应商名称	河南省恒宇万鑫科技发展有限公司		
专家论证意见	CT是高技术、高精密度的医疗设备,球管既是CT的核心部件,又是CT的高价值、消耗性配件,其参数直接影响其他如高压发生器、探测器等重要部件工作,其质量与整体的可靠性十分重要。为保证GE64排CT的正常运转和图像质量,延长机器的使用寿命,建议使用GE原厂配套的球管。根据《政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购”之规定,建议本项目采用单一来源的方式采购。		
专家签名	王福安	日期	2025.8.22